

高温灭菌罐询价单

_____公司：

我司拟采购以下产品，特向贵公司询价：

序号	产品名称	规格型号	数量	单价(元)	总价(元)	优惠价(元)	备注
1	高温灭菌罐	100L	1套				1、内筒直径 $\geq 45\text{cm}$ ，筒高 $\geq 55\text{cm}$ 。 2、最高工作压力 $\geq 0.3\text{Mpa}$ ，最高工作温度 $\geq 145^\circ\text{C}$ 。 3、温度误差控制在 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 以内。 4、具备电子和机械双超压保护。 5、需提供相关的质量证明文件及压力容器使用许可申报的相关资料。 6、详细技术方案或图纸，请盖章附询价单后。
其它说明	1. 上述报价含运费、13%增值税专用发票等 2. 上述报价有效期为 30 天 3. 付款方式：_____ 4. 交货期：_____（货期按日历日计） 5. 请贵公司于 2025 年 3 月 17 日前惠赐报价并将所有报价资料(包含但不限于：询价单、设备技术文件、主要配置表等)盖章扫描后发送至邮箱（邮箱地址：shebei@zzpzh.com），邮件标题请写明报价单位及项目名称。						

询价单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

供应单位（盖章）：

询价人：李工 王工

报价人：

联系电话：0596-2302765

联系方式：

询价日期：2025 年 3 月 10 日

报价日期：

用户需求表		
需求编号	需求内容	确认结果 (是否满足需求)
1.基础环境		
1.1	空间大小：根据灌装设备拆卸后摆放支架选型	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.2	安装环境：安装于二层洁净区	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.生产工艺要求		
2.1	适用于水浴杀菌方式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.2	筒内直径 $\geq 45\text{cm}$ ，高度 $\geq 55\text{cm}$ （陶瓷泵支架直径43cm，高度52cm）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.3	最高工作温度 $\geq 145^{\circ}\text{C}$ ，持续时间 ≥ 20 分钟	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.4	最高工作压力 $\geq 0.3\text{Mpa}$	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.5	温度误差控制在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.6	具备电子和机械双超压保护	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.7	该设备需放在洁净区使用，全304不锈钢材质,结构、材质、清洁等必须符合 GMP 相关要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.设备功能要求		
3.1	杀菌釜内部需采用 304 不锈钢材质	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.2	设备需配备安全阀、压力表和温度计	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.3	设备杀菌过程一键自动控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.2	设备易清洗、拆卸、安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.QA 要求（QAQUALITY）		
4.1	设备内外表面所有凹凸部件应全部采用圆弧过渡，保证无死角。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.2	所有产品接触材料应该符合 GMP 要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.RAM 要求 repair and maintenance 修理与维护		
5.1	上盖用快装联接，便于部件维护操作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.2	设备结构设计合理，机构之间留有合理空间进行维修保养。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6.EHS 要求（EHS 是环境 Environment、健康 Health、安全 Safety）		
6.1	设备运行过程中最大噪声不得超过 80 分贝(距离设备四周 1m 处检测)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.运输包装要求		
7.1	供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.2	机器到货清单必须详列每个包装箱的内容物。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.文件资料要求		

8.1	所有文件必须提供书面的文件，如有电子文件可一并提供。业主对审核过的文件，提出了合理性建议，供应商要依据此进行修改，完善。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.2	设备安装说明、指南文件，安装图纸（应注明外接公用工程设施接口位置及参数、装配图）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.3	设备使用维护手册，设备主要部件、控制系统、外购部件使用维护手册	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.4	备用或者更换部件的清单及订购信息	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.5	设备安装说明、指南文件，安装图纸，设备使用维护手册等文件均有纸质和电子版本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9.备品配件要求		
9.1	供应商应随机提供设备运行 1 年内所需易损件一套。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9.2	供应商应随机提供设备操作或检修所用工具一套。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9.3	供应商在提供备件、易损件时可以货到付款，保证备件、易损件提供及时性。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10.安装调试要求		
10.1	设备安装调试过程中所发生的零部件寄送等费用应由供应商承担。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11.SAT 要求		
11.1	按供应商提供的设备安装要求、技术性能等双方签约内容条逐项验收。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11.2	设备调试完成后，供应商协同用户进行验收。验收合格的标准达到合同约定的相关技术要求和指标。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.培训要求		
12.1	设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、操作、设备维护，培训对象：操作人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.2	培训合格标准为用户相关人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.保修要求		
13.1	设备质保期限至少 12 个月，有效日期为设备现场验收之日起。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.2	质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障，需更换机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.3	设备寿命周期内，供应商在接到用户维修服务通知后须在 4 小时内予以回复。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.4	对于重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否